

Wołomin, dnia 25.10.2023

Pytania i odpowiedzi w zapytaniu o cenę na „Zakup przenośnego automatu do poboru prób wody i ścieków” – DI/18/2023

## **PYTANIA**

1. W nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej wodociągów ([www.pwik.wolomin.pl](http://www.pwik.wolomin.pl)), które dotyczy Zakupu przenośnego automatu do poboru prób wody i ścieków” - DI/18/2023 - Samplery przenośne nie posiadają grzałek, dlatego temperatura pracy tych urządzeń wynosi 0-49 °C. Czy akceptują Państwo zmianę zapisu w OPZ (Załącznik nr 1) na zakres 0-49 °C ? Czy dopuszczają Państwo umieszczenie dodatkowo w ofercie szafy termostatycznej, która umożliwiłaby pracę urządzenia w warunkach -10 - 0 °C (w tym wariantcie sampler nie mógłby być umieszczony w studziencie).

## **ODPOWIEDŹ**

Ad.1 Zamawiający akceptuje zmianę zapisu w OPZ (załącznik nr 1) na zakres 0- 49°C. Zamawiający pozostałe zapisy pozostawia bez zmian.

**SPECJALISTA**  
Dział Inwestycji i Zamówień  
*Urszula Papiór*