

Wołomin, dnia 17.10.2018 r.

Dot.: oferty cenowej na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.”.

PYTANIA

1. Chętnie wzięlibyśmy udział w zapytaniu, ale wymagają Państwo wniesienie sprzętu, co jest dla nas bardzo kłopotliwe. Wynajęcie kogoś do wniesienia znacznie podniesie koszt suszarki Memmerta. Urządzenie jest lekkie- 76 kg, wymiary 58x78x43 cm więc jednak może by Państwo sami je wnieśli?

ODPOWIEDŹ

Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę, urządzenie może zostać wniesione przez pracowników Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zaoferować suszarkę laboratoryjną o maksymalnych wymiarach zewnętrznych głębokość 600 mm, szerokość 700 mm, wysokość 800 mm.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Wojciech Nowicki
Urząd Wodociągów i Kanalizacji